



Warszawa, dn. 6 listopada 2023 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania: **Dostawa spektrofotometrycznego z oprogramowaniem sterującym i wyposażeniem dodatkowym.**

Znak sprawy: **ZP-2401-11/23**

Zamawiający: **Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk**

Tryb udzielenia zamówienia: **Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)**

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania, jak również treść udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą ksenonową o mocy co najmniej 150W i żywotnością lampy mniejszej niż 2000 h pracy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający, dopuści aparat z lampą ksenonową o mocy co najmniej 150W i żywotnością lampy mniejszej niż 2000 h pracy, pod warunkiem, że Dostawca zapewni dodatkową lampę.

Jednocześnie informujemy iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ zmiana 06.11.2023r
- Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności zmiana 06.11.2023r



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytań oraz udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 08.11.2023 r., do godz. 13:00 CET.**