



Warszawa, dn.10 maja 2024 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.
Znak sprawy:	ZP-2401-4/24
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania, jak również treść udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W opisie chromatografu mamy wymieniony autosampler:
Chromatograf cieczowy HPLC z autosamplernem, detektorem diodowym i wyposażeniem natomiast w szczegółowym opisie znajduje się jedynie ręczny dozownik.
Bardzo prosimy o poprawienie tej omyłki

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, iż w punkcie I. złącznika nr 3 "Tabela zgodności" błędnie wpisano słowo "z autosamplernem".

Prawidłowe brzmienie tego punktu powinno być: "Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem diodowym i wyposażeniem".



Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumencie, zostanie zamieszczony nowy załącznik:

- ZP-2402-2_24 - Zał. 3_Tabela zgodności_zmiana z dn. 10.05.2024.docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 15.05.2024 r., do godz. 12:00 (CET)**.