



Warszawa, dn.14 maja 2024 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.
Znak sprawy:	ZP-2401-4/24
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie degazera 4 kanałowego we wskazanym układzie w miejscu degazera 5 kanałowego? Należy zwrócić uwagę, że cały układ jest tworzony w oparciu o pompę 4 kanałową z 4 rozpuszczalnikami nie 5, natomiast Autosampler, którego nie ma tu w zestawie, nie korzysta z tego układu odgazowania fazy.

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza zastosowanie degazera 4 kanałowego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w miejscu pompy z gradientem niskociśnieniowym pompę z gradientem wysokociśnieniowym? Należy wspomnieć, że jedynie pompy z gradientem wysokociśnieniowym mogą poprawnie pracować w fazie normalnej, a po okresie stabilizacji przejść na fazę odwróconą. Wymaga tego specjalna konstrukcja głowicy pompy.



Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza pompę z gradientem wysokociśnieniowym.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-4_24 - SWZ_zmiana z dn. 14.05.2024.pdf
- ZP-2401-4_24 - Zał. 1_SOPZ_zmiana z dn. 14.05.2024.pdf
- ZP-2401-4_24 - Zał. 3_Tabela zgodności_zmiana z dn. 14.05.2024.docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytań oraz udzielenia odpowiedzi wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, **Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 16.05.2024 r. do godz. 12:00 (CET).**