



Warszawa, dn.12 czerwca 2024 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.
Znak sprawy:	ZP-2401-5/24
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do Części 1: „Dostawa fabrycznie nowej wyparki rotacyjnej z pompą membranową”

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w SWZ – część pierwsza?.

CZĘŚĆ 1: Dostawa wyparki rotacyjnej z pompą membranową

5. Cyfrowy regulator – 1 sztuka, o parametrach nie gorszych niż:

h) możliwość wyboru pracy w trybie ręcznym, czasowym (timer), ciągłym, suszenia;



i) Możliwość pracy w trybie automatycznej destylacji przy zastosowaniu opcjonalnych czujników temperatury;

n) Możliwość montażu regulatora na wyparce lub na pompie;

Odpowiedź:

Zamawiający, wyraża zgodę na wyżej wymienione zmiany zapisów w SWZ.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-5_24 - Zał. Nr 1A do SWZ - SOPZ Część 1 _zmiana z dn. 12.06.2024.pdf
- ZP-2401-5_24 - Zał. Nr 3A do SWZ - Tabela zgodności Część 1 _zmiana z dn. 12.06.2024.docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 18.06.2024 r., do godz. 12:00 (CET).**