



Warszawa, dn.12 czerwca 2024 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.
Znak sprawy:	ZP-2401-5/24
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do Części 2: „Dostawa fabrycznie nowej rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową podłączoną do termostatu chłodzącego”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w SWZ – część druga?.

1. Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodo-olejową, 1 sztuka, o parametrach nie gorszych niż:

h) rurka odprowadzająca opary ze zintegrowanym klipsem samozatrzaszkowym z tworzywa sztucznego, zapobiegającym zsunięciu się kolby wyparnej z rurki.



- i) chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej lub innym rozwiązaniem, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej
 - j) połączenia gwintowane do wody i próżni, dedykowany kran ze szlifem z przewodami PTFE do napełniania kolby wyparnej podciśnieniem, bez zdejmowania jej z wyparki
 - l) dwa oddzielne pokrętki do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni
- Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów lub czytelnego wyświetlacza LCD.

3. Wyposażenie dodatkowe:

- a) wąż do próżni
- b) wąż do podłączenia termostatu chłodzącego
- c) płyn termostatyczny zakres pracy od -30°C do 90 °C

5. Gwarancja:

- a) minimalny okres gwarancji:
 - 24 miesiące na: wyparkę rotacyjną;
 - 24 miesiące na: termostat chłodzący;
- od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru

Odpowiedź:

Zamawiający, wyraża zgodę na wyżej wymienione zmiany zapisów w SWZ.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-5_24 - SWZ_zmiana z dn. 12.06.2024.pdf
- ZP-2401-5_24 - Zał. Nr 1B do SWZ - SOPZ Część 2 _zmiana z dn. 12.06.2024.pdf
- ZP-2401-5_24 - Zał. Nr 3B do SWZ - Tabela zgodności Część 2 _zmiana z dn. 12.06.2024.docx
- ZP-2401-5_24 – Zał. 2 _ Formularz oferty _zmiana z dn.12.06.2024. docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.



Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 18.06.2024 r., do godz. 12:00 (CET)**.