



Warszawa, dn.13 czerwca 2024 r.

### Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	<b>Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.</b>
Znak sprawy:	<b>ZP-2401-5/24</b>
Zamawiający:	<b>Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk</b>
Tryb udzielenia zamówienia:	<b>Tryb podstawowy bez negocjacji</b> na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

**Do wszystkich Wykonawców,**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do Części 2: „Dostawa fabrycznie nowej rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnią wodno-olejową podłączoną do termostatu chłodzącego”  
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

**Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisów w SWZ – część druga?.**

**1. Rotacyjna wyparka próżniowa z łaźnią wodo-olejową, 1 sztuka, o parametrach nie gorszych niż:**

k) Wyświetlacz LCD pokazujący parametry ustawione i aktualne: temperaturę łaźni, prędkość obrotów, pozycję podnośnika



### **Odpowiedź:**

Zamawiający, dopuszcza wyświetlacz LCD pokazujący parametry ustawione i aktualne: temperaturę łaźni, prędkość obrotów, pozycję podnośnika.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-5\_24 - Zał. Nr 1B do SWZ - SOPZ Część 2 \_zmiana z dn. 13.06.2024.pdf
- ZP-2401-5\_24 - Zał. Nr 3B do SWZ - Tabela zgodności Część 2 \_zmiana z dn. 13.06.2024.docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 18.06.2024 r., do godz. 12:00 (CET)**.