



Warszawa, dn. 22 października 2024 r.

### Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania: **Dostawa czterech rotacyjnych wyparek próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi, dwóch systemów próżniowych oraz trzech termostatów chłodzących (Chiller).**

Znak sprawy: **ZP-2401-9/24**

Zamawiający: **Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk**

Tryb udzielenia zamówienia: **Tryb podstawowy bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)

**Do wszystkich Wykonawców,**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Zamawiający w pkt 7 ppkt v) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wyspecyfikował: „Dostawca zapewnia przeglądy techniczne oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat od daty dostarczenia. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez 10 lat”. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje zapewnienia dostępności (możliwości) przeprowadzenia przeglądu technicznego przez okres 10 lat od daty dostawy, a nie zapewnienia w cenie oferty przeprowadzenia przez Wykonawcę tego typu przeglądów, co sugerowałoby sformułowanie zapisu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, doprecyzowuje, iż oczekuje zapewnienia dostępności (możliwości) przeprowadzenia przeglądu technicznego oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez okres 10 lat od daty dostawy, po okresie gwarancyjnym.



**Pytanie 2:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termostatu o mocy chłodzenia 400 W przy 20°C i 250W przy 0°C.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, wyraża zgodę na zaoferowanie termostatu o mocy chłodzenia 400 W przy 20°C i 250W przy 0°C.

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termostatu o pojemności 1,5- 4,0L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, wyraża zgodę na zaoferowanie termostatu o pojemności 1,5- 4,0L.

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termostatu o wydajności pompy 6l/min i ciśnieniu pompy 0,3 bar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, wyraża zgodę na zaoferowanie termostatu o wydajności pompy 6l/min i ciśnieniu pompy 0,3 bar.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-9\_24 - Zał. 1\_SOPZ\_zmiana z dn. 22.10.2024.pdf
- ZP-2401-9\_24 - Zał. 3\_Tabela zgodności\_zmiana z dn. 22.10.2024.docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzielona odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 25.10.2024 r., do godz. 12:00 (CET)**.