



Warszawa, dn. 12 grudnia 2024 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa wyparki obrotowej z pompą membranową, kontrolerem próżni i termostatem chłodzącym.
Znak sprawy:	ZP-2401-11/24
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również treść udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania membranowej pompy próżniowej z płynną, elektroniczną regulacją obrotów silnika (a przez to i próżni), sterowanej przez elektroniczny kontroler próżni ?

Rozwiązanie takie zapewnia uzyskanie największej stabilności ciśnienia w układzie przy zadanej wartości próżni z wymaganą dokładnością do 1 mbar.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie potrzebuje zastosowania membranowej pompy próżniowej z płynną, elektroniczną regulacją obrotów silnika (a przez to i próżni), sterowanej przez elektroniczny kontroler próżni.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pompy próżniowej z sterownikiem umożliwiającym ustawianie ciśnienia w sposób ciągły z dokładnością 1 mbar z wbudowanym oprogramowaniem w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający, wymaga zaoferowania pompy próżniowej z sterownikiem umożliwiającym ustawianie ciśnienia w sposób ciągły z dokładnością 1 mbar.

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w języku polskim lub angielskim.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Uzasadnienie: niemożliwym jest magazynowanie części zamiennych do wszystkich serwisowanych urządzeń, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy sam czas dostawy może wynieść do 14 dni. W takiej sytuacji obecny zapis dotyczący terminu naprawy nie pozostawi serwisowi czasu na podjęcie i przeprowadzenie naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający, wyraz zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 21 dni roboczych

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ww. zmiany w dokumentach, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-11_24 - Zał. Nr 1B do SWZ - SOPZ zmiana z dnia 12.12.2024 pdf
- ZP-2401-11_24 - Zał. Nr 3B do SWZ - Tabela zgodności zmiana z dn 12.12.2024 docx

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin zadania pytania oraz udzieloną odpowiedź nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 17.12.2024 r., do godz. 12:00 (CET).**