



Warszawa, 26 lipca 2021 r.

### Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa chromatografu gazowego GC z autosamplerem, detektorem FID i wyposażeniem.
Znak sprawy:	ZP-2401-6/21
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr1:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 1, podpunkt b

Czy Zamawiający dopuści chromatograf o powtarzalności czasów retencji < 0,0008 minuty?

**Odpowiedź nr 1:**

Nie.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 1, podpunkt e

Czy Zamawiający dopuści chromatograf szybkości chłodzenia pieca od 450°C do 50°C w czasie 4 minut?

**Odpowiedź nr 2:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 1, podpunkt g

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z programowalną szybkością zmiany temperatury pieca do 120oC/min?

**Odpowiedź nr 3:**

Nie.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 2, podpunkt a

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z dozownikiem o maksymalnej temperaturze pracy 400°C?

**Odpowiedź nr 4:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 2, podpunkt c

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z dozownikiem o maksymalnym podziale 7500:1?

**Odpowiedź nr 5:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 2, podpunkt d

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z dozownikiem z programowaniem do 3 stopi przepływu i ciśnienia?

**Odpowiedź nr 6:**

Nie.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 4, podpunkt e

Czy Zamawiający dopuści detektor FID który nie ma specyfikowanej stałej filtracji ale za to z szybkością skanowania 1000 Hz i czułością 1,2 pgC/s?

**Odpowiedź nr 7:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy SPOZ: Punkt 5, podpunkt d

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z funkcją automatycznego dostosowywania czasów retencji w oparciu o zmianę ciśnienia na czole kolumny?

**Odpowiedź nr 8:**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytań oraz udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Uwaga:**

W związku ze zmianą na wniosek parametrów urządzenia, zmienione zostały następujące formularze:

- ZP-2401-6\_21 - Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (aktualizacja z dn. 26.07.2021r);
- ZP-2401-6\_21 - Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja z dn. 26.07.2021r).