



Warszawa, 22 listopada 2021 r.

Do wszystkich Wykonawców,

## Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	<b>Dostawa czterech próżniowych pomp olejowych dwustopniowych z wyposażeniem, w tym trzech z manometrami.</b>
Znak sprawy:	<b>ZP-2401-15/21</b>
Zamawiający:	<b>Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk</b>
Tryb udzielenia zamówienia:	<b>Tryb podstawowy bez negocjacji</b> na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań, jak również udzielone odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesne manometry o zakresie pomiarowym od 1500 do 0,0005 mbar i następującej dokładności:  $\pm 15\%$  w zakresie 0,001 - 100 mbar oraz  $\pm 5\%$  w zakresie 100 -950 mbar, spełniające pozostałe wymagania?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza nowoczesne manometry o zakresie pomiarowym od 1500 do 0,0005 mbar i następującej dokładności:  $\pm 15\%$  w zakresie 0,001 - 100 mbar oraz  $\pm 5\%$  w zakresie 100 -950 mbar.



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- SWZ
- Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
- Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności

**Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 29.11.2020 r. do 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia po godz. 10:10.

**Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28.12.2021**