



Warszawa, dn. 5 października 2023 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.
Znak sprawy:	ZP-2401-8/23
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do Części 2: „Dostawa trzech jednakowych dwustopniowych olejowych pomp próżniowych z wyposażeniem”.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania, jak również treść udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pompę próżniową ze stopniem ochrony IP40? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający, nie dopuszcza dostawy pomp próżniowych ze stopniem ochrony IP40. Stopień IP40 nie zapewnia wystarczającej ochrony przed zalaniem wodą. W specyfikacji celowo został umieszczony stopień ochrony IP44 (ochrona przed wodą padającą pod dowolnym kątem), ponieważ



pompy będą używane w laboratoriach syntezy organicznej, gdzie istnieje ryzyko zalania, zachlapania lub przypadkowego spryskania pomp wodą pod różnymi kątami. Zamawiający wymaga stopnia ochrony IP44, aby zapewnić bezpieczeństwo technicznej eksploatacji urządzeń w warunkach realnie występujących w laboratoriach badawczych. Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego rozeznania rynku, istnieje wielu dostawców oferujących tego rodzaju rozwiązania. Dlatego też opisane wymaganie nie stanowi ograniczenia konkurencyjności w rozumieniu ustawy PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin zadania pytań oraz udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 09.10.2023 r., do godz. 12:10 (CET)**.